

## **MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ**

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulantnú a ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria

- ambulantné zariadenie,
- zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie pre pohotovostnú službu.

### **A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE**

Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební sú:

- ambulancia (vyšetrovňa) a prípravovňa,
- čakáreň,
- WC pre pacientov.

Minimálne vybavenie ambulancie:

priestorové: 15 m<sup>2</sup>

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- nádoba na odpad so šliapadlom,
- tlakomer, fonendoskop.

Minimálne vybavenie prípravovne:

priestorové: 12 m<sup>2</sup>

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- kartotečná uzamykateľná skriňa,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- tlakomer, fonendoskop, teplomer, osobná váha,
- uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s príslušným vybavením podľa indikačného zamerania,
- chladnička na lieky,
- skrinka na nástroje a pomôcky, infúzny stojan,
- asistenčný stolík,
- nádoba na odpad so šliapadlom.

V ambulancii sa pre pacienta zriaďuje priestor so zástenou na vyzliekanie. Prípravovňa slúži ako hlavné pracovisko sestry. Jedna prípravovňa sa môže zriadiť aj pre dve ambulancie.

Čakáreň nadväzuje z prevádzkového hľadiska na prípravovňu alebo na ambulanciu. Na jedno miesto pre pacienta je minimálna plocha 2 m<sup>2</sup>, pričom minimálna plocha čakárne je 10 m<sup>2</sup>. Spoločnú čakáreň pre dve alebo viac ambulancií možno zriadiť, ak ide o ambulancie s rovnakým odborným zameraním. V čakárni musí byť na jednu ambulanciu minimálne 5 miest na sedenie. V čakárni sa obvykle umiestňuje aj príručný stolík alebo iné podobné vybavenie.

Podlahy vo všetkých uvedených priestoroch vrátane WC pre pacientov musia byť umývateľné.

## **B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPELNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE**

### **B.1 Všeobecná charakteristika**

Minimálne materiálo-technické a priestorové vybavenie určujúcich zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:

#### **Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov:**

##### **Vaňové kúpele**

- balneologická vaňa – balneologický box pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody, relaxačné ležadlo s prikrývkou, teplomer, stopky, signalizácia,
- plocha boxu 6 m<sup>2</sup>, plocha ležadla 3 m<sup>2</sup>,
- počet ležadiel – 2 na 1 box

##### **Bazénové kúpele**

- bazén pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody s možnosťou
  - dezinfekcie vody,
  - denného 100 % napustenia a obmenenia celého objemu počas prevádzky,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
  - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha na 1 pacienta 3 m<sup>2</sup>

#### **Bazén pre sedací kúpeľ:**

- bazén pre podávanie sedacieho kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
  - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- konštrukcia bazénu umožňujúca sedenie a čistenie tejto časti bazénu,
- plocha na 1 pacienta 3 m<sup>2</sup>

#### **Perličkový rošt:**

- z plastového materiálu s prívodom stlačeného vzduchu,
- rozmery podľa umiestnenia

#### **Rehabilitačný bazén:**

- bazén s výškou hladiny vody – optimálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm, prípadne s možnosťou regulácie hladiny vody,
  - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha pre cvičenie na 1 pacienta – nad 150 cm výšky osoby 6 m<sup>2</sup>, do 150 cm výšky osoby 4 m<sup>2</sup>

#### **Oddelenie vodoliečby:**

##### **Podvodová masáž**

- špeciálna vaňa pre podvodové masáže, sprcha,
- plocha 8 až 10 m<sup>2</sup> (u Hubbarda 16 m<sup>2</sup>)

##### **Kneippov šliapací kúpeľ (nožné kúpele)**

- 2 vaničky hlboké 50 cm s hĺbkou vody 30 cm a s teplotou 10 °C – 16 °C a 40 °C – 45 °C,
- plocha 3 m<sup>2</sup>

##### **Celotelový vírivý kúpeľ alebo whirlpool**

- potrebné je vybavenie schodíkmi alebo zábradlím,
- plocha podľa výrobcu (veľkosti vane) so zabezpečením prístupu zo všetkých strán

##### **Vírivý kúpeľ pre horné končatiny**

- tvarovaná vanička na horné končatiny so stoličkou,
- plocha 3 m<sup>2</sup>

##### **Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny**

- tvarovaná vanička na dolné končatiny so stoličkou,
- plocha 4 m<sup>2</sup>

##### **Škótske streky**

- vodoliečebná katedra na podávanie teplého a studeného streku,
- aplikačná plocha miestnosti 6 m x 2 m (12 m<sup>2</sup>)

#### Kneippove polevy

- vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou hadicou, špeciálne upravená lavica,
- plocha na sedenie 4 m<sup>2</sup>, plocha pre ležadlo 6 m<sup>2</sup>

#### Fínska sauna

- saunový priestor, miestnosť pre odpočívanie s lôžkami, sprcha,
- saunový priestor podľa kapacity saunového zariadenia - plocha 4 m<sup>2</sup> na 1 pacienta,
- počet lôžok v miestnosti na odpočívanie podľa kapacity saunového priestoru - plocha na 1 lôžko 3 m<sup>2</sup>,
- počet sprch na ochladzovanie - 1 sprcha na 2 pacientov v saune

#### Oddelenie elektroliečby:

- box pre podávanie elektroliečby,
- plocha 3 m<sup>2</sup>

#### Oddelenie teploliečby:

- box na podávanie zábalov, prípravovňa zábalov,
- plocha boxu 3 m<sup>2</sup>, prípravovňa zábalov - podľa noriem udaných výrobcami použitých prístrojov

#### Oddelenie inhalačnej liečby:

- inhalačný box - inhalačný aparát, umývadlo, prípravovňa medikamentov,
- plocha 3 m<sup>2</sup> na 1 pacienta,
- počet umývadiel - 1 umývadlo na inhalačný aparát

#### Oddelenie svetloliečby:

##### TOMESA

- zariadenie na integrovanú balneofototerapiu, výrobcom predpísané ochranné okuliare,
- plocha 8 m<sup>2</sup>

#### Boxy pre svetloliečbu

- príslušné prístroje - biolampa, IR (podľa potreby),
- plocha podľa výrobcu a hygienických požiadaviek

#### Oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií:

- priamy prívod žriedlového plynu alebo tlaková nádoba so žriedlovým alebo s medicínovým oxidom uhličitým, uzatváracím a redukčným ventilom, manometrom, prírodnou hadičkou s dávkovačom a násadcom ihly,
- manipulačný stolík, ležadlo, umývadlo,
- plocha 12 m<sup>2</sup>

#### Oddelenie pre podávanie klasických masáží:

- masérsky box, masážny stôl, sprcha,
- plocha boxu 6 m<sup>2</sup>, počet sprch - 1 na 3 masérské kabíny

#### Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu:

- box pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu a reflexné masáže (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výškovo nastaviteľným rehabilitačným stolom prístupným zo všetkých strán, skrinka na cvičebné pomôcky,
- plocha miestnosti alebo boxu 15 m<sup>2</sup>

#### Oddelenie trakčnej liečby:

- box pre trakčnú liečbu,
- plocha pre trakciu v sede 4 m<sup>2</sup>, v polohe ležmo 6 m<sup>2</sup>

#### Zariadenie pre nácvik chôdze:

- bradlový chodník

#### Telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb):

- žienky, cvičebné pomôcky,
- plocha 6 m<sup>2</sup> na 1 pacienta

#### Stacionárny bicykel:

- plocha 2 m<sup>2</sup> na 1 zariadenie

#### Priestory pre terénnu kúru:

- vhodné priestory pre klimatickú liečbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie s uprave-

ným terénom pre pohyb pacientov; upravená plocha na skupinovú liečebnú rehabilitáciu, cvičebné pomôcky v teréne; pre indikácie II a XXII s vyznačením obťažnosti a dĺžky terénnej trasy

#### **Edukačná miestnosť:**

– miestnosť s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej stravy

#### **Ergoterapia:**

– vybavenie pre nácvik denných činností – panel pre výcvik ruky, zariadenie pre muzikoterapiu a arteterapiu a ďalšie pomôcky pre nácvik základných denných činností

Podlahy vo všetkých priestoroch s výnimkou sociálnych miestností personálu musia byť umývateľné. WC pre pacientov musí byť prístupné z každého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytujú balneoterapia, vodoliečba a procedúry liečebnej rehabilitácie, musia mať zabezpečenú možnosť dostatočnej výmeny vzduchu.

## **B.2 Rozdelenie podľa indikácií**

Minimálne materiálo-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané

– na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovŕšení 18. roku veku,

– na 50 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku,

ak nie je uvedené inak.

### **Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku**

#### **I. Onkologické choroby**

– materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

#### **II. Choroby obehového ústrojenstva**

– oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,

– oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií s oxidom uhličitým 1,

– telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,

– telocvičňa pre kontrolovanú fyzickú aktivitu 1,

– rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

– stacionárny bicykel 2,

– boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,

– priestory pre terénnu kúru,

– oddelenie elektroliečby (galvanoterapia, nízko- a strednofrekvenčné prúdy) – boxy 2,

– oddelenie svetloliečby (biolampa) – box 1,

– oddelenie vodoliečby – 1x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre horné končatiny,

2x vírivé kúpele pre dolné končatiny, 2,

– oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,

– oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené podľa odporúčanií Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,

– 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,

– izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,

– ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením,

– príručné laboratórium pre vyšetrenie glykémie, INR, včasných markerov nekrózy myokardu – 1 laboratórium na zdravotnícke zariadenie.

### III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

#### IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie vodoliečby – 3x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) – boxy 2,
- telocvična pre väčšie skupiny (do 15 osôb) – 1 telocvična na zdravotnícke zariadenie,
- priestory pre terénnu kúru – len indikácie IV,
- edukačná miestnosť – len indikácie IV pre edukačné pobyty diabetikov 1,
- glukometer 1.

#### V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny – boxy 5,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x finska sauna, 2x armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodoliečbu, 1x škótske streky, 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 2,
- oddelenie svetloliečby (IR) – box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

#### VI. Nervové choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x celotelové vírivé kúpele alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 1x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

#### VII. Choroby pohybového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, 3,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- laser – 1 pracovisko laseroterapie na zdravotnícke zariadenie
- oddelenie vodoliečby – 2x vírivé kúpele pre horné končatiny a 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 2x nožné kúpele,
- oddelenie pre magnetoterapiu – box 1,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- box na trakčnú liečbu 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- rehabilitačný bicykel 3,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

### **VIII. Choroby obličiek a močových ciest**

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,
- oddelenie elektroliečby – boxy 2,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- masérské kabíny 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotnícke zariadenie.

### **IX. Duševné choroby**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- miestnosť pre individuálnu psychoterapiu 1,
- miestnosť pre skupinovú muzikoterapiu a arteterapiu 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x celotelové vírivé kúpele, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie.

### **X. Kožné choroby**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- perličkový rošt 2,
- oddelenie svetloliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy 3,
- prípusťné aj zariadenie TOMESA
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1.

### **XI. Ženské choroby**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,

- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – boxy 4,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x podvodová masáž, 1x celotelový vírivý kúpeľ, 1x nožné kúpele,
- oddelenie elektroliečby (elektrostimulácia, vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- vybavenie ambulancie gynekológa 1.

## **XII. Choroby z povolania**

- materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

## **Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku**

## **XXI. Onkologické choroby**

- materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

## **XXII. Choroby obehového ústrojenstva**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- priestory pre terénnu kúru
- inhalačný box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie svetloliečby – minimálne 1 box pre biolampu a 1 box pre IR,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,
- 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
- izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,
- ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením.

## **XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva**

## **XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou**

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- priestory pre terénnu kúru – len indikácie XXIV,
- glukometer – na 100 pacientov 1.

## **XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest**

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi – boxy minimálne 2,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny – boxy na 100 pacientov 5,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x fínska sauna a 1x nožné kúpele,

- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie svetlotiečby – box pre IR 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) – 1 oddelenie na zdravotníckom zariadení.

## **XXVI. Nervové choroby**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu – na 100 pacientov 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotníckom zariadení,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

## **XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 4,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x vírivý kúpeľ pre horné končatiny, 1x vírivý kúpeľ pre dolné končatiny a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

## **XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest**

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- bazén pre sedacie kúpele – na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele na 100 pacientov,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box na 30 pacientov 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotníckom zariadení.

## **XXIX. Choroby gynekologické**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientiek na 1 vaňu),
- bazén pre sedacie kúpele – na 50 pacientiek 1,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box na 25 pacientiek 1,



- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientiek 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x nožné kúpele na 100 pacientiek,
- vybavenie ambulancie gynekológa 1.

### **XXX. Kožné choroby**

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- perličkový rošt 1,
- oddelenie svetoliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy prípustné aj zariadenie TOMESA 3,
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – na 100 pacientov 1,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1.

Diagnostické prístrojové vybavenie potrebné na spresnenie diagnózy a stanovenie liečebného plánu nie je povinným vybavením prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Zdravotnícke zariadenia môžu potrebné diagnostické úkony zmluvne zabezpečovať na iných, na to príslušných pracoviskách. Výnimkou je diagnostické prístrojové vybavenie uvedené v minimálnom materiálo-technickom vybavení prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

### **C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU**

Minimálne priestorové a vecné vybavenie pre pohotovostnú službu prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť je:

priestorové: 20 m<sup>2</sup> (samostatná miestnosť alebo identická s prípravovňou)  
vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svetidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, prikrývka,
- ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou,
- tlakomer, fonendoskop,
- skrinka s liekmi prvej pomoci,
- infúzny stojan,
- 12-zvodové EKG,
- defibrilátor,
- tlaková fľaša s medicínalnym O<sub>2</sub>, uzatváracím a redukčným ventilom,
- lekársky kufírik prvej pomoci s príslušným vybavením.

Podlaha v miestnosti musí byť umývateľná.